

救急用モニターの点検委託業務仕様書

1. 総則

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下、「本組合」という。）が委託する救急用モニターの点検委託業務について必要な事項を定めるものとする。

2. 履行場所

奈良県橿原市四条町 840 番地（奈良県立医科大学附属病院敷地内） 救急ワークステーション、ほか 18 署、12 分署、7 出張所（履行場所一覧 参照）

3. 履行期限

令和 8 年 2 月 27 日

4. 数量

救急用モニター 56 式

5. 点検種別及び点検内容

- (1) 点検種別一覧表（救急用モニター）のとおりとする。
- (2) 受注者は、点検種別一覧表に定めた機器を正常に保つため、故障予防に万全を期すること。
- (3) 点検項目は、機器の製造会社の定める点検記録表に従って実施し、調整、定期交換部品の交換を実施する。なお、消耗品、付属品は含まない。

6. 点検対象外

以下の各項目に掲げた事項は本仕様書の点検対象外とし、その都度本組合と受注者が協議のうえ作業を実施する。

- (1) 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、その他天災地変や異常電圧によって発生した故障、損傷
- (2) 契約対象外の装置の影響による故障、損傷
- (3) 受注者の認定する者以外による修理、改造によって生じた故障、損傷
- (4) 操作上の誤り、又は設置条件の不適による故障、損傷
- (5) 本組合の依頼による機器の改造、又は移設費用
- (6) ソフトウェアに関する事項

7. 検査検収

履行後、本組合及び受注者が立会い実施するものとする。

8. 業務完了

受注者は、点検実施後、その結果を記録した任意様式の点検記録表を消防本部警防部救急課及び履行場所に提出することをもって完了届とし、本組合の検査検収に合格したことををもって業務完了とする。

9. 支払条件

支払にあつては、8. 業務完了後に適法な請求書を本組合が受理した日から、30日以内に受注者の指定する口座に振込むものとする。

10. その他

本仕様書に記載がなくても、本業務に必要な経費は、全て本業務料金に含めることとする。

履行場所一覧

	履行場所（配置場所）	所在地	配置（積載）車両名	電話番号
1	救急ワークステーション	奈良県橿原市四条町840番地 (奈良県立医科大学附属病院敷地内)	本部901	0744-21-3041
2	野迫川分署	奈良県吉野郡野迫川村北殿34	野迫川901	0747-37-2119
3	天理消防署	奈良県天理市富堂町10番地 3	天理901、天理902	0743-62-3322
4	天理消防署東出張所	奈良県天理市福住町4792番地26	天理903	0743-68-6119
5	磯城消防署	奈良県磯城郡田原本町大字八尾72番地	磯城901、磯城902	0744-33-2461
6	山添消防署	奈良県山辺郡山添村大字942番地5	山添901	0743-85-0304
7	桜井消防署	奈良県桜井市大字上之庄327番地	桜井901、桜井902	0744-42-4119
8	桜井消防署東出張所	奈良県桜井市吉隠340番地の 1	桜井903	0744-47-7119
9	五條消防署	奈良県五條市今井 4 丁目 3 番23号	五條902、五條904、本部908	0747-22-3310
10	五條消防署十津川分署	奈良県吉野郡十津川村大字折立200番1	五條906	0746-64-1190
11	五條消防署大塔分署	奈良県五條市大塔町辻堂41番地	五條905	0747-36-0317
12	五條消防署西吉野救急出張所	奈良県五條市西吉野町城戸26番地5号	五條903	0747-33-0300
13	大和郡山消防署	奈良県大和郡山市本庄町300番地	郡山901、郡山902、本部907	0743-59-1191
14	西和消防署	奈良県北葛城郡玉寺町王寺 1 丁目 1 番 3 号	西和902、西和906、本部906	0745-73-1001
15	西和消防署北分署	奈良県生駒郡平群町大字梨本376	西和903	0745-45-3388
16	西和消防署東分署	奈良県生駒郡安堵町大字東安堵番条垣内957番地	西和904、郡山904	0743-57-4156
17	西和消防署南分署	奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘 2 丁目20番地 1	西和905	0745-32-0177
18	宇陀消防署	奈良県宇陀市榛原萩原1230番地	宇陀901	0745-82-3199
19	宇陀消防署北分署	奈良県宇陀市室生大野2423番地の1	宇陀902	0745-92-3199
20	宇陀消防署東分署	奈良県宇陀郡御杖村土屋原1613番地	宇陀903	0745-95-3199
21	宇陀消防署南分署	奈良県宇陀市大字陀守道44番地の4	宇陀904	0745-83-3199
22	葛城消防署	奈良県葛城中戸475番地	葛城901、葛城902	0745-69-7171
23	吉野消防署	奈良県吉野郡吉野町大字宮滝17番地の 1	吉野902、吉野903	0746-32-1011
24	吉野消防署北山分署	奈良県吉野郡下北山村下池原67-1	吉野904	0746-85-2450
25	高田消防署	奈良県大和高田市大字大中19番地の 7	高田901	0745-25-0119
26	高田消防署東出張所	奈良県大和高田市東雲町 6 番 5 号	高田903	0745-22-5556
27	高田消防署南出張所	奈良県大和高田市出226番地の 1	高田902	0745-22-1939
28	橿原消防署	奈良県橿原市慈明寺町149番地の 3	橿原901	0744-23-1155
29	橿原消防署北出張所	奈良県橿原市豊田町402番地	橿原903	0744-23-7119
30	橿原消防署東出張所	奈良県橿原市小房町 9 番地の23	橿原902、橿原905	0744-29-0119
31	御所消防署	奈良県御所市大字蛇穴250番地の 1	御所901、御所902	0745-62-0119
32	高市消防署	奈良県高市郡高取町観音寺614番地	高市901	0744-52-4499
33	大淀消防署	奈良県吉野郡大淀町土田187番地	大淀901	0747-52-1199
34	下市消防署	奈良県吉野郡下市町大字善城152番地	下市901	0747-52-2299
35	下市消防署 黒滝分署	奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸228-1	下市902	0747-63-0299
36	下市消防署 天川分署	奈良県吉野郡天川村中谷125-1	下市903	0747-63-0299
37	香芝消防署	奈良県香芝市本町1462番地	香芝901、香芝902、香芝903、本部904	0745-76-4119
38	広陵消防署	奈良県北葛城郡広陵町大字正相374番地 1	広陵901、広陵902	0745-55-4123

番号	消防本部・署名	配置場所	積載車両	メーカー名	品名・型番	製造番号	納入年月	点検種別
1	消防本部	救急ワークステーション	本部901	日本光電	EMS-1052	00291	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
2	消防本部	野迫川分署	野迫川901	日本光電	TEC-8342	00078	平成29年3月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
3	消防本部	香芝署	本部904	日本光電	BSM-3562	00305	平成25年11月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
4	消防本部	西和署	本部906	日本光電	BSM-3562	00625	平成26年3月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
5	消防本部	大和郡山署	本部907	日本光電	TEC-8342	00089	平成29年3月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
6	消防本部	五條署	本部908	フィジオコントロール	LIFEPAK15	43825370	平成28年2月	基本保守点検NIBP+Etc02校正付き(バッテリー付き)
7	天理消防署	天理署	天理901	日本光電	TEC-8342	00111	令和2年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
8	天理消防署	天理署	天理902	日本光電	EMS-1052	01113	令和5年1月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
9	天理消防署	東出張所	天理903	フィジオコントロール	LIFEPAK15	43829329	平成28年2月	基本保守点検NIBP+Etc02校正付き(バッテリー付き)
10	磯城消防署	磯城署	磯城901	日本光電	EMS-1052	01739	令和6年2月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
11	磯城消防署	磯城署	磯城902	日本光電	EMS-1052	00615	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
12	山添消防署	山添署	山添901	日本光電	TEC-8342	00100	平成31年3月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
13	桜井消防署	桜井署	桜井901	日本光電	TEC-8342	00113	令和2年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
14	桜井消防署	桜井署	桜井902	日本光電	EMS-1052	01114	令和5年2月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
15	桜井消防署	東出張所	桜井903	日本光電	TEC-8342	00095	平成30年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
16	五條消防署	五條署	五條902	日本光電	EMS-1052	01738	令和6年2月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
17	五條消防署	西吉野救急出張所	五條903	日本光電	TEC-8342	00105	平成31年3月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
18	五條消防署	五條署	五條904	日本光電	EMS-1052	00288	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
19	五條消防署	大塔分署	五條905	日本光電	TEC-8342	00096	平成30年1月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
20	五條消防署	十津川分署	五條906	日本光電	EMS-1052	00616	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
21	大和郡山消防署	大和郡山署	郡山901	日本光電	EMS-1052	00617	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
22	大和郡山消防署	大和郡山署	郡山902	日本光電	TEC-8342	00107	平成31年3月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
23	大和郡山消防署	大和郡山署	郡山904	日本光電	EMS-1052	01566	令和5年12月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
24	西和消防署	西和署	西和902	日本光電	TEC-8342	00106	平成31年3月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
25	西和消防署	北分署	西和903	日本光電	EMS-1052	01115	令和5年1月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
26	西和消防署	東分署	西和904	日本光電	EMS-1052	00292	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
27	西和消防署	南分署	西和905	日本光電	EMS-1052	00619	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
28	西和消防署	西和署	西和906	日本光電	EMS-1052	00618	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
29	宇陀消防署	宇陀署	宇陀901	日本光電	EMS-1052	00290	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
30	宇陀消防署	北分署	宇陀902	日本光電	TEC-8342	00114	令和2年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
31	宇陀消防署	東分署	宇陀903	日本光電	EMS-1052	00620	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
32	宇陀消防署	南分署	宇陀904	日本光電	TEC-8342	00104	平成31年3月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
33	葛城消防署	葛城署	葛城901	日本光電	EMS-1052	00313	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
34	葛城消防署	葛城署	葛城902	日本光電	EMS-1052	02089	令和6年9月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
35	吉野消防署	吉野署	吉野902	日本光電	EMS-1052	00289	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
36	吉野消防署	吉野署	吉野903	フィジオコントロール	LIFEPAK15	42925196	平成27年3月	基本保守点検NIBP+Etc02校正付き(バッテリー付き)
37	吉野消防署	北山分署	吉野904	日本光電	EMS-1052	02162	令和6年11月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
38	高田消防署	高田署	高田901	日本光電	EMS-1052	00681	令和4年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
39	高田消防署	南出張所	高田902	日本光電	TEC-8342	00097	平成30年1月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)

40	高田消防署	東出張所	高田903	日本光電	TEC-8342	00051	平成29年3月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
41	榑原消防署	榑原署	榑原901	日本光電	TEC-8342	00110	令和2年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
42	榑原消防署	東出張所	榑原902	日本光電	EMS-1052	02164	令和6年11月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
43	榑原消防署	北出張所	榑原903	日本光電	EMS-1052	02163	令和6年11月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
44	榑原消防署	東出張所	榑原905	日本光電	TEC-8342	00112	令和2年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
45	御所消防署	御所署	御所901	日本光電	EMS-1052	01567	令和5年12月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
46	御所消防署	御所署	御所902	日本光電	EMS-1052	02161	令和6年11月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
47	高市消防署	高市署	高市901	日本光電	EMS-1052	01116	令和5年2月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
48	大淀消防署	大淀署	大淀901	日本光電	TEC-8342	00115	令和2年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
49	下市消防署	下市署	下市901	日本光電	BSM-3562	00958	平成27年1月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
50	下市消防署	黒滝分署	下市902	日本光電	EMS-1052	01122	令和5年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
51	下市消防署	天川分署	下市903	日本光電	EMS-1052	02185	令和6年11月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
52	香芝消防署	香芝署	香芝901	日本光電	EMS-1052	00314	令和3年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
53	香芝消防署	香芝署	香芝902	日本光電	EMS-1052	00457	令和5年1月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
54	香芝消防署	香芝署	香芝903	日本光電	TEC-8342	00050	平成29年3月	スポット点検(年1回)(バッテリー付き)
55	広陵消防署	広陵署	広陵901	日本光電	TEC-8342	00088	平成29年3月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)
56	広陵消防署	広陵署	広陵902	日本光電	EMS-1052	01124	令和5年1月	スポット点検(年1回)(バッテリーなし)