

天理消防署可燃性ガス等測定器の保守点検業務委託仕様書

- 1 目的
- この仕様書は、奈良県広域消防組合天理消防署（以下「発注者」という。）が実施する天理消防署可燃性ガス等測定器の保守点検業務委託について必要な事項を定めるものとする。
- 2 納入場所
- 奈良県天理市富堂町 10 番地 3
奈良県広域消防組合天理消防署
- 3 履行期限
- 令和 8 年 2 月 27 日まで
※実施日については、発注者と協議し決定するものとする。
- 4 点検資器材及び数量
- 理研計器株式会社製
ポータブルマルチガスモニター GX-6000（AM111P2E5D） 1 台
- 5 業務内容及び実施に伴う留意事項
- （1）受注者は、この仕様書に基づく点検の実施については事前に発注者の承認を受けた上で実施するものとする。

（2）理研計器株式会社が示す取扱説明書(PT0-135) 7 保守点検に記載の定期点検を行うこと。

（3）下記表に掲げる定期交換部品の点検を行い交換すること。

（4）測定器の代替品を用意すること。なお、貸出期間については発注者と協議すること。

定期交換部品	
センサ：OS-BM2 C	センサ：ES-1821 C0
センサ：ES-1827iF H2S	センサ：ESS-B335 CL2 0-100ppm
アルカリ乾電池（単 3 形）東芝	フィルター：CF-1821-2 C0 用
ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙)PF060 ø15	活性炭フィルター：CF-3350 キャップ付 アルミパック無し
フィルター：CF-1827iF-1 調湿フィルター	フィルター：CF-6264-8

- 6 業務の完了
- 受注者は、点検結果を記録した任意様式の保守点検業務結果報告書を発注者に提出し、発注者による検査を受け合格したことをもって業務の完了とする。

7 支払い条件

業務完了後、受注者の適法な請求を受理した日から 30 日以内に発注者が受注者の指定する口座へ振り込むこととする。

8 見積単位及び落札者決定の方法等

- (1) 業務実施に係る費用の総額を記載した消費税を含まない金額を記載した見積書を提出すること。
- (2) 落札者の決定は、見積金額に消費税を加算した額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）をもって落札価格とするので、消費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載すること。
- (3) 見積金額には、本業務にかかる全ての費用（定期交換部品代およびセンサ関連部品・技術料等）を含めるものとする。

9 その他

- (1) 受注者は、当該業務の完了後 1 年以内に当該業務に係る交換部品等の不良による故障が発生した場合は、無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、メーカー保証のあるものは除く。また、構造或いは製作に関わる技術に起因する不備欠陥については保証期間後においても無償にて交換又は修理を行うこと。
- (2) 点検業務により発生する廃材の撤去、廃棄に係る処理費用は、保守点検業務の費用に含めること。
- (3) 当該測定器の機能を維持するうえで、追加して修繕又は交換を必要とする箇所を発見した場合及び交換の必要がないものがある場合は、速やかに発注者に報告し指示を受けること。
- (4) 受注者は、本仕様書に記載されていない事項で必要となるものについては、委託料の範囲内で誠意をもって行うこと。
- (5) 本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものとする。