

別表2

循環式酸素呼吸器点検報告書

No.1
/ /

殿		履行場所																				判定		備考					
整理No.	機体No.	調整器 経過 年数	警報器 MPa	呼吸・吸気弁	気密	バイパス弁 作動	減圧器	圧力計	導気管	定量酸素 放出量 ℓ/min	自動排気弁 作動圧力 kPa	陽圧値 kPa	自動補給弁 作動圧力 kPa	呼吸袋	呼吸管	面体			背負バンド	清浄缶	清浄剤交換	ボンベ			拡声器	電池	使用	要修理箇所	
機種名	ボンベNo.															圧力 MPa	製造 耐圧 年月	バルブ				マイク	可 ○	不可 ×					
○又無印:良 ×:不良 △:やや不良 ▲:要修理 ※:修理交換済 警報器:3~4MPa 定量酸素放出量:1.8~2.1ℓ/min 陽圧値:0.4~0.7kPa 自動排気弁作動圧力:0.6~1.4kPa 自動補給弁作動圧力:0~-0.2kPa 《19. 6MPa=200kgf/cm ² 2. 9MPa=30kgf/cm ² 》															点検者														