

南部方面隊潜水器具保守点検委託業務仕様書

1 総則

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「発注者」という。）が、保有する潜水器具（BCジャケット、レギュレーター、ドライスーツ）の定期的な点検を行うことを目的とし、潜水器具保守点検に関する仕様について必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

- （１）奈良県広域消防組合橿原消防署 奈良県橿原市慈明寺町 149 番地の 3
- （２）奈良県広域消防組合五條消防署 奈良県五條市今井 4 丁目 3 番 23 号

※別紙 1 「納入先一覧表」参照

3 納入期限

令和 9 年 3 月 26 日（金）

4 窓口

奈良県広域消防組合 警防部本部機動部隊 南部方面隊
(大淀消防署内 電話 0747-52-1199)

5 保守点検資器材数量及び保守点検内容

（１）保守点検資器材数量

- ア BCジャケット 18 基
- イ レギュレーター 18 基
- ウ ドライスーツ 19 着

※ 納入期限内において各署保有の上記資器材を 4 期に分けて保守点検を実施すること。なお、点検実施日については、発注者と協議すること。

※ 機器の型式等については、別紙 2 「令和 8 年度 潜水器具保守点検一覧表」参照。

※ BCジャケット及びレギュレーターについては、第 1 期から第 4 期において保守点検数量と同数の代替品を貸し出すこと。

（２）保守点検内容

- ア BCジャケット
 - インフレーター分解
 - 各部超音波洗浄にて掃除
 - 全てのオーリング、シート類交換
 - 各部チェック組立、調整
 - エアー漏れ確認
 - （ジャケットに空気を充満させ 24 時間維持できるか気密確認をすること）

イ レギュレーター

(ア) ファーストステージ分解

各部超音波洗浄にて錆、汚れ、腐食等の掃除

全てのオーリング取り替え

HP ポペットの交換、HP シートの交換

各部チェック組立、調整

(イ) セカンドステージ分解

各部超音波洗浄にて錆、汚れ、腐食等の掃除

全てのオーリング、シートの取り替え

ファーストステージからセカンドステージの空気の流量点検

各高圧、中圧ホースチェック

各部チェック組立、調整

(ウ) ゲージ（コンパス、残圧計、深度計）

残圧計口金部分の超音波洗浄、水圧感知孔の洗浄

チャンバーにて水密検査、指針チェック

ホース接続部分チェック、組立及び調整

ウ ドライスーツ

水没検査

ファスナー動作チェック

バルブ動作チェック

ネック・リストシールチェック

※ 保守点検終了時、各資器材について、交換済み部品を全て添付し返納すること、また、遅滞なく任意様式の点検結果報告書および別紙3「完了報告書」を発注者に提出するものとする。

(3) 修理交換箇所が発生した場合

発注者へ速やかに報告するとともに、別紙4「修理交換箇所報告書」を提出し指示を受けること。

6 業務の範囲

保守点検資器材の引き渡し及び納入は、別紙1「納入先一覧表」に記載の消防署にて実施し、当該業務に係る経費は、全て受注者の負担とする。

7 検収及び完了条件

検収は、受注者の立会いのうえ実施し、発注者の検査に合格し任意様式の点検結果報告書および別紙3「完了報告書」を発注者に提出したことをもって業務の完了とする。

8 支払条件

支払いは、業務完了後に適法な請求書が発注者が受理した日から、30日以内に受注者の指定する口座へ振込むものとする。

9 その他

- (1) 本仕様書に定めていない事項でも受注者が作業工程上、当然必要なことは、これを実施すること。
- (2) 本仕様書に定めるほか、詳細については発注者と協議するものとし疑義が生じた場合は直ちに発注者へ連絡すること。